



КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ДАТУМ: 06.08.2015.

БРОЈ:

**СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
ДОБРА – Медицински потрошни материјал и лекови са негативне листе за потребе Сале
за катетеризацију срца, Клинике за кардиологију
Број јавне набавке 274А/2015, по позиву за подношење понуда објављеном на Порталу
управе за јавне набавке и на интернет страници Клиничког центра Србије**

У складу са чланом 63. став 3. ЗЈН наручилац Клинички центар Србије, овим путем даје одговор на додатно појашњење у вези са припремањем понуде:

ПИТАЊЕ:

Партија 18. Да ли ће се понуда сматрати прихватљивом уколико понудимо жичани водич 0,035 инча, дужине 260цм, Ј-тип са меким, равним крајем?

ОДГОВОРИ:

Наручилац ће прихватити дужину жичаног водича 0,035 инча, дужине 260цм-300цм, Ј-тип са меким, равним крајем

Комисија за јавну набавку