



КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ДАТУМ: 14.02.2017.

БРОЈ: 240

**СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
ДОБАРА – Потрошни материјал за ендоваскуларни третман ИК анеуризми
Број јавне набавке 73А/2017, по позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних
набавки и на интернет страници Клиничког центра Србије**

У складу са чланом 63. став 3. ЗЈН наручилац Клинички центар Србије, овим путем даје одговор на додатно појашњење у вези са припремањем понуде:

ПИТАЊЕ:

Партија 43.ставка 1. Ротирајући хемостатски вентил:

Да ли ротирајући хемостатски вентил са два и три пута (2- way, 3-way) мора да издржи притисак већи од 1000 PSI?

ОДГОВОРИ:

Наручилац ће извршити измену конкурсне документације.

Комисија за јавну набавку