



КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ДАТУМ: 02.06.2017.

БРОЈ:810

**СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
ДОБРА – Медицински потрошни материјал специфичне намене за потребе Клинике за
урологију, Клинике за гинекологију и акушерство и Клинике за гастроентерологију и
хепатологију**

**Број јавне набавке 226А/2017, по позиву за подношење понуда објављеном на Порталу
јавних набавки, на интернет страници Клиничког центра Србије и на Порталу службених
гласила Републике Србије и база прописа**

У складу са чланом 63. став 3. ЗЈН наручилац Клинички центар Србије, овим путем даје одговор на
додатно појашњење у вези са припремањем понуде:

ПИТАЊА:

Poštovani

Vezano za odgovor objavljen 31.05.2017. godine na Portalu javnih nabavki, a u vezi sa JN 226A/2017 - partija broj 3, odbili ste naš zahtev kojim se traži da bude prihvatljiva ponuda sa pušerom 40cm do 70cm, i isto tako i žica dužine 145 do 150cm.

U skladu sa informacijama koje smo dobili u saradnji sa korisnicima predmetnog dobra, za korišćenje istih neophodan je što duži pušer, s obzirom na to da se sonde koriste intra-operativno. Ovo znači da žica i pušer moraju proći kroz bešiku i ureter do bubrega, putem uretero-renoskopa, te je put koji se ovim pokriva duži od 40cm, a što je s Vaše strane zahtevano kao isključiva dužina pušera. Ovo znači da će pušer od 40cm biti nedovoljno dugačak za proceduru, odn. da je neophodan pušer koji je znatno duži.

Takođe još jednom napominjemo i da Vaš odgovor koji ograničava dužinu pušera isključivo na 40cm, i ne dozvoljava dužinu veću od 40cm, direktno krši načelo konkurentnosti Zakona o javnim nabavkama (Član 10.ZJN).

Sve isto važi i za zahtev vezano za dužinu žice.

S obzirom na sve navedeno ZAHTEVAMO da se naš zahtev po pitanju dužine pušera i dužine žice u potpunosti prihvati, jer ćemo Vam se u suprotnom obratiti Zahtevom za zaštitu prava, zbog onemogućavanja obezbeđivanja načela konkurentnosti u postupku predmetne javne nabavke.

ОДГОВОР:

Наручилац ће извршити измену конкурсне документације, на начин да пушер буде дужине од 40cm до 70cm, а жица дужине од 145 до 150cm.

Комисија за јавну набавку