



КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ДАТУМ: 06.06.2017.

БРОЈ:820

**СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
ДОБРА – Медицински потрошни материјал специфичне намене за потребе Клинике за
урологију, Клинике за гинекологију и акушерство и Клинике за гастроентерологију и
хепатологију**

**Број јавне набавке 226А/2017, по позиву за подношење понуда објављеном на Порталу
јавних набавки, на интернет страници Клиничког центра Србије и на Порталу службених
гласила Републике Србије и база прописа**

У складу са чланом 63. став 3. ЗЈН наручилац Клинички центар Србије, овим путем даје одговор на
додатно појашњење у вези са припремањем понуде:

ПИТАЊА:

Dana 25.05.2017 smo uputili pitanje Tenderskoj Komisiji za partiju broj 12, na koji smo dobili odgovor dana 29.05.2017. Odgovorom koji je objavljen 29.05.2017. godine na Portalu javnih nabavki, a u vezi sa JN 226A/2017 - partija broj 12, odbili ste naš zahtev kojim se traži da bude prihvatljiva ponuda cilindričnog poprečnog preseka koji mogu ponuditi svi vodeći proizvođači urološkog materijala.

U skladu sa informacijama koje imamo posle dugogodišnjeg rada i komunikacije sa krajnjim korisnicima predmetnog dobra, trokraki kateteri sa poprečnim presekom pravougaonika ne predstavljaju jedinu prihvatljivu i isključivu opciju, kako ste Vi naveli u svom odgovoru, a posebno ne u svetlu komparativne studije koja govori u prilog superiornosti cilindričnog/ovalnog poprečnog preseka katetera u odnosu na poprečni presek pravougaonik. Naime, potvrđeno je da trokraki operativni kateteri sa poprečnim presekom cilindričnog/ovalnog predstavlja viši standard u odnosu na traženi pravougani presek, upravo iz razloga što se partikule talože na uglovima pravougona i tako kompromituju lumen, odnosno protok i irigaciju što je i osnovna funkcija trokakah operativnih katetera.

Još jednom napominjemo da Vaš odgovor koji ograničava ponude cilindričnog/ovalnog poprečnog preseka direktno krši načelo konkurentnosti Zakona o javnim nabavkama (Član 10 ZJN).

Imajući u vidu gore pomenuto, ovom prilikom Vas molimo da se prihvati naš zahtev po pitanju cilindričnog poprečnog preseka, kako ne bismo bili prinuđeni da svoje pravo ostvarimo i na drugi način.

Ljubazno vas molimo da postupite shodno članu 63.ZJN, kako bismo ispoštovali date rokove i pripremili ponudu na adekvatan način.

ОДГОВОР:

Наручилац ће извршити измену конкурсне документације, за партију број 12, на начин да ће додати "или цилиндрични".

Комисија за јавну набавку