



КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ДАТУМ: 18.02.2014.

БРОЈ:

**СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА АНГИОГРАФИЈУ И ИНТЕРВЕНТНУ РАДИОЛОГИЈУ**

Број јавне набавке 14АМ/2014

По позиву за подношење понуда објављеном на порталу Управе за јавне набавке и на сајту Клиничког центра Србије

У складу са чланом 63. став 3. ЗЈН наручилац Клинички центар Србије, овим путем даје одговор на додатно појашњење у вези са припремањем понуде:

Питање:

За партију 1. парцијалне протеже навели сте димензију од 1,75-4,5 mm.
Да ли ћете прихватити понуду за протеже чија је димензија од 2,00-5,60 mm чија доња димензија незнатно одступа од вашег захтева,
а не утиче на квалитет исте, а горња димензија пружа још већу могућност избора хирургу?

Одговор:

Наручилац ће прихватити и протеже димензија од 2,00-5,60 mm као одговарајуће, само ако су од чистог титанијума.

С поштовањем,

Члан комисије
Небојша Ђурковић, дипл.правник