



КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ДАТУМ: 17.03.2014.

СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ **Технички потрошни материјал за дијатермије, различитих произвођача** **Број јавне набавке 26Т/2014**

По позиву за подношење понуда објављеном на порталу Управе за јавне набавке и
на сајту Клиничког центра Србије

**У складу са чланом 63. став 3. ЗЈН наручилац Клинички центар Србије, овим
путем даје одговор на захтев за додатно појашњење у вези са припремањем
понуде:**

Питања:

Ставка 1/10: Подразумеване минималне техничке к-ке.

Питање: Да ли подразумеване минималне техничке к-ке морају бити аутентичне по
траженој спецификацији тј.

Да ли је могуће понудити инструменат са кабелом дужине 4 m.?

Ставка 2/10: Подразумеване минималне техничке к-ке.

Питање: Да ли подразумеване минималне техничке к-ке морају бити аутентичне по
траженој спецификацији тј.

Да ли је могуће понудити инструменат са кабелом дужине 4 m.?

Ставка 3/10: Подразумеване минималне техничке к-ке.

Питање: Да ли подразумеване минималне техничке к-ке морају бити аутентичне по
траженој спецификацији тј.

Да ли је могуће понудити инструменат са кабелом дужине 4 m.?

Ставка 4/10: Подразумеване минималне техничке к-ке.

Питање: Да ли подразумеване минималне техничке к-ке морају бити аутентичне по
траженој спецификацији тј.

Да ли је могуће понудити екстензију за монополарне држаче пречника 4 mm, дужине
180 mm.?

Ставка 5/10: Подразумеване минималне техничке к-ке.

Питање: Да ли подразумеване минималне техничке к-ке морају бити аутентичне по
траженој спецификацији тј.

Да ли је могуће понудити екстензију за монополарне држаче пречника 4 mm дужине
100 mm.?

Ставка 6/10: Подразумеване минималне техничке к-ке.

Питање: Да ли подразумеване минималне техничке к-ке морају бити аутентичне по
траженој спецификацији тј.

Да ли је могуће понудити екстензију за монополарне држаче пречника 4 mm, дужине
180 mm.?

Ставка 7/10 : Подразумеване минималне техничке к-ке.

Питање: Да ли је могуће понудити силиконску неутралну електроду димензија 170x111 mm
и/или димензија 175x295 mm?

Одговор:

- За ставке 1/10, 2/10 и 3/10 Наручилац ће у складу са прилогом бр. 3. извршити измену конкурсне документације тако што ће за позиције 1, 2 и 3 предвидети дужину кабла за монополарне држаче од минимум 4m.

- За ставку 4/10 није могуће понудити екстензију за монополарни држач пречника 4mm, дужине 180 mm јер су у Клиничком центру Србије заступљенији монополарни држачи и електроде пречника 2,4 mm.
- За ставку 5/10 није могуће понудити екстензије за монополарни држач пречника 4mm и дужине 100 mm јер су у Клиничком центру Србије заступљенији држачи и електроде пречника 2,4 mm.
- За ставку 6/10 могуће је понудити екстензију за монополарни држач пречника 4 mm, дужине 180 mm.
- За ставку 7/10 могуће је понудити неутралну электроду димензија 175x295mm.

Клинички центар Србије
Елда Зијадић, дипл.правник