



КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ДАТУМ: 14.04.2015.

БРОЈ:

**СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
ДОБРА – Систем за инвазивни мониторинг за мониторе различитих типова апарата
Број јавне набавке 125А/2015, по позиву за подношење понуда објављеном на Порталу
управе за јавне набавке и на интернет страници Клиничког центра Србије**

У складу са чланом 63. став 3. ЗЈН наручилац Клинички центар Србије, овим путем даје одговор на додатно појашњење у вези са припремањем понуде:

ПИТАЊЕ:

Колико је каблова за мерење инвазивног притиска потребно обезбедити по монитору?

ОДГОВОР:

По монитору је потребно 3 (три) кабла за мерење инвазивног притиска.

Комисија за јавну набавку