



**КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР
СРБИЈЕ**

11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ДАТУМ: 31.03.2016.

СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

**Технички потрошни материјал за дијатермије, различитих произвођача
Број јавне набавке 132Т/2016**

По позиву за подношење понуда објављеном на порталу Управе за јавне набавке и на сајту Клиничког центра Србије

У складу са чланом 63. став 3. ЗЈН наручилац Клинички центар Србије, овим путем даје одговор на Захтев за додатно појашњење у вези са припремањем понуде:

Питање:

1. Прилог бр. 7: „Врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, количина, опис добара, рок испоруке, место извршења, евентуалне додатне услуге“.

Ставка 1: Подразумеване минималне техничке к-ке.

Питање: Да ли је могуће понудити инструмент у потпуности одговарајући али са каблом **дужине 4m**?

Ставка 2: Подразумеване минималне техничке к-ке.

Питање: Да ли је могуће понудити инструмент у потпуности одговарајући али са каблом **дужине 4 m**?

Ставка 3: Подразумеване минималне техничке к-ке.

Питање: Да ли је могуће понудити инструмент у потпуности одговарајући али са каблом **дужине 4 m**?

Ставка 4: Подразумеване минималне техничке к-ке.

Питање: Да ли је могуће понудити силиконску неутралну електроду **димензија 170x111mm** и/или **димензија 175x295mm**?

Ставка 5: Подразумеване минималне техничке к-ке.

Питање: Да ли је потребно понудити „кабл за неутралну електроду“, **дужине од 4m, 4,5m или од 5m**?

Ставке 6 и 7: Подразумеване минималне техничке к-ке.

Питање: Да ли је потребно понудити „кабл за биполарну пинцету“ тј. „спојни кабл за биполарну пинцету“, **дужине од 4m, 4,5m или од 5m**?

Одговор:

Ставка 1 – Наручилац ће извршити измену конкурсне документације у прилогу бр. 7 тако да ће минимална дужина инструмента са каблом износити 4m.

Ставка 2 - Наручилац ће извршити измену конкурсне документације у прилогу бр. 7 тако да ће минимална дужина инструмента са каблом износити 4m.

Ставка 3 - Наручилац ће извршити измену конкурсне документације у прилогу бр. 7 тако да ће минимална дужина инструмента са каблом износити 4m.

Ставка 4 – У конкурсnoj документациjи су наведене минималне димензије neutralne elektrode.

Ставка 5 - Наручилац ће извршити измену конкурсне документације у прилогу бр. 7 тако да ће минимална дужина кабла за неутралну електроду износити 4m.

Ставке 6 и 7 - Наручилац ће извршити измену конкурсне документације у прилогу бр. 7 тако да ће минимална дужина кабла за биполарну пинцету износити 4m.

Клинички центар Србије
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ