



КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ДАТУМ: 13.04.2018.

БРОЈ:509

СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОБРА – Контролни материјал за биохемијске, хематолошке, имунохемијске анализаторе и аутоматске коагулометре

**Број јавне набавке 136А/2018, по позиву за подношење понуда објављеном на Порталу
јавних набавки, на интернет страници Клиничког центра Србије и на Порталу службених
гласила Републике Србије и база прописа**

У складу са чланом 63. став 3. ЗЈН наручилац Клинички центар Србије, овим путем даје одговор на
додатно појашњење у вези са припремањем понуде:

ПИТАЊА:

С обзиром на закон о јавним набавкама, а у вези јавне набавке ЈН136А/2018, молим Вас одговоре на
следећа питања:

1. **Партија 1:** Да ли је прихватљиво понудити програм екстерне контроле за имунохемију који не
садржи следеће параметре: TBG, NSE, S-100, transverin, gastrin?

Да ли је неопходно да контролни материјал буде 100% хуманог порекла?

2. **Партија 2:** Да ли је прихватљиво понудити програм екстерне контроле за клиничку хемију који не
садржи следећи параметар: LDL?

Да ли је потребно да програм садржи додатне параметре: АСЕ, жучне киселине, укупне протеин, с
обзиром да сте установа терцијарног нивоа и да се ови параметри одређују у биохемијским
лабораторијама КЦ Србије?

3. **Партија 3:** Да ли је прихватљиво понудити програм екстерне контроле за серум протеин који не
садржи следећи параметар: укупни протеин?

Да ли је неопходно да контролни материјал буде 100% хуманог порекла?

4. **Партија 5:** Да ли је потребно да програм садржи додатни параметар: РСТ, с обзиром да је у питању
стандардни параметар који се одређује на већини хематолошких бројача крвних елемената тренутно
присутних на нашем тржишту?

5. **Партија 6:** Да ли је неопходно да контролни материјал буде 100% хуманог порекла?

6. **Партија 9:**

Ставке 9/1, 9/2: Да ли је прихватљиво понудити контролни материјал који не садржи следеће параметре:
LDL, UIBC, karbamazepin, fenobarbiton, fenitoin, valproična kiselina, vankomicin?

Да ли је потребно да програм садржи додатне параметре: NEFA, жучне киселине?

7. **Партија 10:**

Ставке 10/1, 10/2, 10/3: Да ли је прихватљиво понудити контролни материјал који не садржи следећи
параметар: ЕРО?

Да ли је неопходно да контролни материјал буде 100% хуманог порекла?

8. **Партија 11:**

Ставке 11/1, 11/2, 11/3: Да ли је прихватљиво понудити контролни материјал који не садржи следеће
параметре: TBG, gastrin, IGF-1?

Да ли је неопходно да контролни материјал буде 100% хуманог порекла?

9. **Партија 12:**

Да ли је прихватљиво понудити контролни материјал за партију 12 у два нивоа, у оквиру ставки 12/2, 12/3,
с обзиром да се са та два нивоа покривају клинички релеватне концентрације датих параметара и да се
на тај начин понуда буде комплетна?

Ставке 12/2, 12/3: Да ли је прихватљиво понудити контролни материјал који не садржи следеће
параметре: S-100, пролактин?

Да ли је неопходно да контролни материјал буде 100% хуманог порекла?

10. **Партија 13:**

Ставке 13/1, 13/2: Да ли је неопходно да контролни материјал буде 100% хуманог порекла?

11. **Партија 14:**

Ставке 14/1, 14/2, 14/3: Да ли је прихватљиво понудити контролни материјал који не садржи следеће
параметре: Subklase IgG (1, 2, 3, 4), апо А-I, апо В, Lp (a), cistatin c, anti-CCP?

Да ли је неопходно да контролни материјал буде 100% хуманог порекла?

12. Партија 15:

Ставке 15/1, 15/2, 15/3: Да ли је прихватљиво понудити контролни материјал који не садржи следеће параметре: BNP, CK-MB izoenzim?

Да ли је неопходно да контролни материјал буде 100% хуманог порекла?

13. Партија 18: Да ли је неопходно да контролни материјал буде 100% хуманог порекла?**ОДГОВОРИ:**

1. Није прихватљиво понудити програм екстерне контроле за имунохемију који не садржи следеће параметре: TBG, NSE, S-100, transverin, gastrin јер се ови параметри по захтевима корисника одређују у нашим лабораторијама, те је неопходно за исте имати контролни материјал.

Није неопходно да контролни материјал буде 100% хуманог порекла, али је неопходно да буде искључиво на бази хуманог серума.

2. Прихватљиво је да не садржи параметер LDL. **Наручилац ће изменити конкурсну документацију** Додатни параметри нису неопходни, али с обзиром да је наручилац техничком спецификацијом захтевао минимум техничких карактеристика, понуда може да садржи и више параметара

3. Није прихватљиво понудити програм екстерне контроле за серум протеин који не садржи следећи параметар: укупни протеин, јер се овај параметар по захтевима корисника одређује у нашим лабораторијама, те је неопходно за исти имати контролни материјал.

Није неопходно да контролни материјал буде 100% хуманог порекла, али је неопходно да буде искључиво на бази хуманог серума.

4. Додатни параметар није неопходан, јер наручилац параметар PCT анализира на други начин

5. Није неопходно да контролни материјал буде 100% хуманог порекла, али је неопходно да буде искључиво на бази хуманог серума.

6. Није прихватљиво да не садржи LDL, UIBC, karbamazepin, fenobarbiton, fenitoin, valproična kiselina, vankomicin, јер се ови параметри по захтевима корисника одређују у нашим лабораторијама те је неопходно за исте имати контролни материјал.

7. Није прихватљиво понудити контролни материјал који не садржи параметар EPO, јер се овај параметар по захтевима корисника одређује у нашим лабораторијама, те је неопходно за исти имати контролни материјал.

Није неопходно да контролни материјал буде 100% хуманог порекла, али је неопходно да буде искључиво на бази хуманог серума.

8. Није прихватљиво понудити контролни материјал који не садржи параметре TBG, gastrin, IGF-1, јер се ови параметри по захтевима корисника одређују у нашим лабораторијама, те је неопходно за исте имати контролни материјал.

Није неопходно да контролни материјал буде 100% хуманог порекла, али је неопходно да буде искључиво на бази хуманог серума.

9. Није прихватљиво понудити контролни материјал за партију 12 у два нивоа.

Није прихватљиво понудити контролни материјал који не садржи параметре S-100, пролактин јер се ови параметри по захтевима корисника одређују у нашим лабораторијама, те је неопходно за исте имати контролни материјал.

Није неопходно да контролни материјал буде 100% хуманог порекла, али је неопходно да буде искључиво на бази хуманог серума.

10. Није неопходно да контролни материјал буде 100% хуманог порекла, али је неопходно да буде искључиво на бази хуманог серума.

11. Није прихватљиво понудити контролни материјал који не садржи параметре Subklase IgG (1, 2, 3, 4), аро A-I, аро B, Lp (a), cistatin c, anti-CCP, јер се ови параметри по захтевима корисника одређују у нашим лабораторијама, те је неопходно за исте имати контролни материјал.

Није неопходно да контролни материјал буде 100% хуманог порекла, али је неопходно да буде искључиво на бази хуманог серума.

12. Није прихватљиво понудити контролни материјал који не садржи параметре BNP, CK-MB izoenzim, јер се ови параметри по захтевима корисника одређују у нашим лабораторијама те је неопходно за исте имати контролни материјал.

Није неопходно да контролни материјал буде 100% хуманог порекла, али је неопходно да буде искључиво на бази хуманог серума.

13. Није неопходно да контролни материјал буде 100% хуманог порекла, али је неопходно да буде искључиво на бази хуманог серума.