



## КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2  
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ДАТУМ: 30.03.2020.

БРОЈ:421

**СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ  
ДОБРА – Потрошни материјал за лапароскопију и торакоскопију - Ургентни центар,  
Клиника за урологију , Клиника за дигестивну хирургију, Клинике за гинекологију и  
Клиника за грудну хирургију**

**Број јавне набавке А129/2020, по позиву за подношење понуда објављеном на Порталу  
јавних набавки, на интернет страници Клиничког центра Србије и на Порталу службених  
гласила Републике Србије и база прописа**

У складу са чланом 63. став 3. ЗЈН наручилац Клинички центар Србије, овим путем даје одговор на  
додатно појашњење у вези са припремањем понуде:

### **ПИТАЊЕ:**

**Партија 8 – “Једнократни екстрактор за препарате капацитета 1500-1600 ml, 12mm промера”**

Да ли ћете прихватити **екстрактор капацитета 1200 ml**, промера 12 mm и потпуно истих функција као и  
тражени, како би се омогућило учествовање већег броја понуђача?

**Партија 9 – “ Хируршки ендобег за екстракцију жучне кесе – 10 mm. (7,62 cm x 15,24 cm), капацитета  
150ml” -** Да ли ћете прихватити ендобег капацитета већег од 150 ml и потпуно истих функција као и  
тражени како би се омогућило учествовање већег броја понуђача?

Одговор:

### **ОДГОВОР:**

**За партију број 8 наручиоцу није прихватљив** jednokratni ekstraktor za preparate kapaciteta 1200 ml,  
12mm promera тако да остаје при својим захтевима из конкурсне документације

**За партију број 9 наручиоцу је прихватљив** ендобег капацитета већег од 150 ml и потпуно истих  
функција као и тражени. Наручилац ће извршити измену конкурсне документације у складу са изнетим.

*Комисија за јавну набавку*