



КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ДАТУМ: 12.07.2018.

БРОЈ:972

**СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
ДОБРА – Потрошни материјал за лапароскопију и торакоскопију - Ургентни центар,
Клиника за урологију , Клиника за дигестивну хирургију, Клинике за гинекологију и
Клиника за грудну хирургију**

**Број јавне набавке 270А/2018, по позиву за подношење понуда објављеном на Порталу
јавних набавки, на интернет страници Клиничког центра Србије и на Порталу службених
гласила Републике Србије и база прописа**

У складу са чланом 63. став 3. ЗЈН наручилац Клинички центар Србије, овим путем даје одговор на додатно појашњење у вези са припремањем понуде:

ПИТАЊЕ:

Партија 1

Како произвођачи различито именују оређене делове и механизме својих производа, интересује нас да ли трокар чије се кућиште валвуле састоји од штитника инструмента, стабилизатора и дупле кљунасте валвуле задовољава захтев наручиоца да трокар поседује стабилизатор хируршког инструмента.

ОДГОВОР:

Наручилац ће извршити измену конкурсне документације на начин што ће из спецификације избрисати „и стабилизатором хируршког инструмента“.

Комисија за јавну набавку