



КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ДАТУМ: 30.03.2020.

БРОЈ:422

**СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
ДОБРА – Потрошни материјал за лапароскопију и торакоскопију - Ургентни центар,
Клиника за урологију , Клиника за дигестивну хирургију, Клинике за гинекологију и
Клиника за грудну хирургију**

**Број јавне набавке А129/2020, по позиву за подношење понуда објављеном на Порталу
јавних набавки, на интернет страници Клиничког центра Србије и на Порталу службених
гласила Републике Србије и база прописа**

У складу са чланом 63. став 3. ЗЈН наручилац Клинички центар Србије, овим путем даје одговор на додатно појашњење у вези са припремањем понуде:

ПИТАЊЕ:

У партији 9 – наведене су димензије ендоскопске кесице које су изражене у децималама 7,62 cm x 15,24 cm. Сматрамо да се оваквим захтевом, који је веома специфичан, а не утиче умногоме на квалитет саме процедуре, фаворизује један понуђач и крши се Члан 10 ЗЈН – Начело обезбеђивања конкуренције. Стога молимо да се овај захтев избрише. Такође, да ли је за Наручиоца прихватљива ендоскопска кесица запремине 200 мл и више као што је било годинама уназад. Овим би се испоштовао Члан 10 ЗЈН – Начело обезбеђивања конкуренције и обезбедило би се учествовање више потенцијалних понуђача.

ОДГОВОР:

За партију број 9 наручиоцу је прихватљив ендобег капацитета већег од 150 ml и потпуно истих функција као и тражени. Наручилац ће извршити измену конкурсне документације у складу са изнетим.

Комисија за јавну набавку