



КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ДАТУМ: 04.08.2014.

БРОЈ:

СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Медицински потрошни материјал и лекови са негативне листе за потребе Сале за
катетеризацију срца, Клинике за кардиологију

Број јавне набавке 300А/2014

По позиву за подношење понуда објављеном на порталу Управе за јавне набавке и на сајту Клиничког центра Србије

У складу са чланом 63. став 3. ЗЈН наручилац Клинички центар Србије, овим путем даје одговор на додатно појашњење у вези са припремањем понуде:

ПИТАЊЕ:

У партијама 75, 77, 81 траже се: Y-наставак са аутоматским затварањем дужине <10 cm 600 ком, средство за инсерцију коронарне жице (insertion tool) 200 ком и торкер 600 ком (респективно по бројевима партија).

Наше предузеће поседује све појединачно наведене ставке, али су регистроване као сет.

Да ли је прихватљиво да понуђач за партију број 75 понуди Y конектор сет (који садржи Y-наставак са аутоматским затварањем, torquing device i insertion tool), чиме фактички исуњава услов партије, али даје више материјала.

ОДГОВОР:

У партијама 75, 77 и 81 наручилац је захтевао Y-наставак са аутоматским затварањем дужине <10 cm 600 ком, средство за инсерцију коронарне жице 200 ком и торкер 200 ком. Захтеван је одвојено овај материјал јер су нам потребне и разичите количине појединих средстава. Тражећи одвојено ове ставке претпостављамо да ћемо добити и њихову оптималну цену. Нисмо захтевали посебне сетове, нити посебне карактеристике Y-наставака.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ