



КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ДАТУМ: 28.07.2015.

БРОЈ:

**СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
ДОБРА – Потрошни материјал за потребе хаматолошких лабораторија
Број јавне набавке 308A/2015, по позиву за подношење понуда објављеном на Порталу
управе за јавне набавке и на интернет страници Клиничког центра Србије**

У складу са чланом 63. став 3. ЗЈН наручилац Клинички центар Србије, овим путем даје одговор на додатно појашњење у вези са припремањем понуде

ПИТАЊА:

Партија 102-106, Реагенси и DNK пробе специфичне за FISH у CLL и MM

1. Молим Вас да прецизирате колико тест реакција обухвата једно тражено паковање FISH проба.
2. Да ли бисте прихватили пробе које су обележене црвеним флуорохромом (ex:547nm; em:565nm) уместо наранџастим, с обзиром да су у питању блиске таласне дужине и да нису потребни додатни филтери како би се регистровале?

ОДГОВОРИ:

1. Под једним паковањем FISH проба подразумева се количина довољна за извођење 20 тестова.
 2. Пробе које су обележене црвеним флуорохромом (ex:547nm; em:565nm) су детектабилне и јасно видљиве на микроскопу који се користи за FISH анализу, што је потврђено ранијим тестирањем истих.
- Напомињемо да се овде не ради о Texas Red пробама које су такође обележене црвеним флуорохромом али се сигнали не могу визуелизовати постојећим филтерима.

Комисија за јавну набавку