



**КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР
СРБИЈЕ**

11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ДАТУМ: 23.12.2015.

СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

**Услуге одржавања и поправки рендген апарата различитих произвођача
Број јавне набавке 397Т/2015**

По позиву за подношење понуда објављеном на порталу Управе за јавне набавке и на сајту Клиничког центра Србије

У складу са чланом 63. став 3. ЗЈН наручилац Клинички центар Србије, овим путем даје одговор на Захтев за додатно појашњење у вези са припремањем понуде:

Питање:

Као један од услова сте навели:

-2 запослена од тога 1 дипл.инг. електротехнике

-Лиценца за рад у зони јонизујућих зрачења

-Лиценца за промет....

Напомињемо да су услови које сте навели дискриминишући и ограничавајући !

1. - 2 запослена сервисера је уредан услов,молимо Вас за појашњење чему 1 дипл.инг.електротехнике и да ли мислите да титула гарантује испуњеност уговорених обавеза ?

2. - Лиценца за рад у зони јонизујућих зрачења је такође уредан услов,молимо Вас за појашњење чему Лиценца за промет,обзиром да је предмет ЈН услуге одржавања и поправки а не промет Рендген опреме ?

Одговор:

1. У питању је технолошки сложена опрема, и квалификација гарантује поузданост у раду.
2. Лиценца за промет је потребна због промета резервних делова који су везани за област јонизујућег зрачења (нпр. рендгенска цев).

**Клинички центар Србије
КОМИСИЈА**