



КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ДАТУМ: 10.12.2014.

СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Услуге одржавања и поправки CO2 инкубатора и ламинарних комора различитих произвођача

Број јавне набавке 418 Т/2014

По позиву за подношење понуда објављеном на порталу Управе за јавне набавке и
на сајту Клиничког центра Србије

**У складу са чланом 63. став 3. ЗЈН наручилац Клинички центар Србије, овим
путем даје одговор на Захтев за додатно појашњење у вези са припремањем
понуде:**

Питање:

1. Да ли је обавезно да понуђач има сертификат ISO 1400:5 I ISO18001:2008, уколико поседује сертификат 17025:2006?

Да ли ће понуда понуђача који нема сертификат ISO14005:2005 и ISO 18001:2008 бити одбијена?

Сматрмо да ови сертификати нису кључни за ову врсту услуге већ само сертификат 17025:2006 од АТS-а и да би то било фаворизовање понуђача понуђача који имају наведене сертификате

Одговор:

1. Комисија остаје при својим захтевима из следећих разлога:

- Након замене филтера на ламинарним коморама који су у себи задржали било цитостатике, било контаминирани биолошки материјал, исте је неопходно упаковати, однети И депоновати на одговарајући начин. Депоновање се врши по стандарду који се тиче очувања животне средине и зато је неопходно да понуђач буде акредитован по ISO 14001:2005.
- Стандард OHSAS18001:2008 се тиче безбедности И заштите на раду И у том смислу је неопходно да понуђач, односно његови запослени, предузимају мере безбедности на раду приликом замене филтера на ламинарним коморама који могу бити контаминирани било хемијским агенсима (цитостатикима) био биолошким заразним материјалом.

Закон о јавним набавкама не брани понуђачима да се удружују било у форми заједнице понуде којима испуњавају додатне услове, било у форми подизвођача који је задужен за поједини сегмент посла који се обавља и у том смислу не долази до фаворизовања понуђача.

**Клинички центар Србије
КОМИСИЈА**