



КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ДАТУМ: 08.01.2015.

БРОЈ:

СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Медицински потрошни материјал специфичне намене за потребе Клинике за
урологију, Клинике за гинекологију и акушерство и Клинике за гастроентерологију
и хепатологију

Број јавне набавке 471A/2014

По позиву за подношење понуда објављеном на порталу Управе за јавне набавке и на сајту Клиничког центра Србије

У складу са чланом 63. став 3. ЗЈН наручилац Клинички центар Србије, овим путем даје одговор на додатно појашњење у вези са припремањем понуде:

ПИТАЊЕ:

Наручилац у партији број 4 захтева „сет за биопсију јетре, дужине 1,4“. Молимо Вас за појашњење о којој мерној јединици за дужину се ради (нпр. cm, mm, m...) с обзиром да иста није наведена, као и да нам појасните шта је потребно да садржи поменути сет?

ОДГОВОР:

Игла дужине 90 mm, промера 1.4 mm тј 17G, у сету за слепу биопсију јетре се налази још шприц, игла и копљасти скалпел.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ