



КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ДАТУМ: 29.01.2016

БРОЈ: 140

СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОБРА – Медицински потрошни материјал и лекови са негативне листе за потребе Сале за катетеризацију срца Клинике за кардиологију

Број јавне набавке 496А/2015, по позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и на интернет страници Клиничког центра Србије

У складу са чланом 63. став 3. ЗЈН наручилац Клинички центар Србије, овим путем даје одговор на додатно појашњење у вези са припремањем понуде:

ПИТАЊЕ:

Naručilac Klinički centar Srbije, napisao je poziv za nabavku dobara - Medicinski potrošni materijal i lekovi sa negativne liste za potrebe Sale za katerizaciju srca Klinike za kardiologu, u otvorenom postupku javne nabavke br.496A/ 2015.

Ovim putem ukazujemo naručiocu, nakon detaljne analize tehničke specifikacije dobara za partiju 5. (Dugačka igla za iransseptalnu punkciju sa veoma ostrim vrhom, ugao kosine vrha ≤ 30 za punkciju rezistentnog septuma) i 6. (Dugački uvodnici dužine lumena ≥ 80 cm, sa odgovarajućom J žicom - vodičem 0,032 , promenljivom krivinom vrha, mogućnošću usmeravanja vrha uvodnika u dva suprotna smera (bidirekciona defleksija vrha uvodnika) i različitih krivina savijanja vrha uvodnika na jednu stranu u odnosu na drugu stranu (asimetrična defleksija vrha uvodnika), da je isti postupio suprotno odredbama čl.70,71 i 72 koje za posledicu imaju brutalno kršenje načela obezbeđivanja konkurencije iz čl. 10 ZJN . Naime, određivanjem tehničkih karakteristika napred navedenih dobara, naručilac je bukvalno prepisao iz kataloga tehničke karkteristike dobra jednog proizvođača ST. JUDE MEDICAL čike je predstavništvo registrivano u Republici Srbiji, i na taj način isključio mogućnost ostalih ponudjača da učestvuju u ovom postupku javne nabavke.

Da je to tačno i nesporno, potvrđuje i činjenica da ugao kosine vrha igle, koji je manji ili jednak 30 stepeni, može da ponudi isključivo proizvođač St. Jude Medical, a da dužinu uvodnika koji je veći ili jednak 80 cm može da takođe ponudi predmetni proizvođač.

Shodno iznetom, kao zainteresovano lice u ovom postupku javne nabavke ukazujemo Naručiocu na povredu načela konkurencije i zahtevamo dodatno pojašnjenje o potrebi ovakve tehničke specifikacije dobara, odnosno o mogućnosti izmene tehničke specifikacije dobara za pattije 5 i 6, a u cilju obezbeđivanja veće konkurencije u ovom postupku javne nabavke.

ОДГОВОР:

Postovani,

Komisija ostaje pri traženoj tehničkoj specifikaciji u vezi partija 5 i 6.

partija 5 (transseptalne igle sa veoma ostrim vrhom) Ove igle neophodne su za punkciju rezistentnog septuma, oština igle procenjivaće se na osnovu ugla zakošenosti vrha igle kao što je preporučeno. Naime, kod bolesnika podvrgnutih ponovnoj ablaciji atrijalne fibrilacije u levoj pretkomori (25-30% bolesnika) konvencionalnom iglom nije moguće izvršiti efikasnu i bezbednu punkciju pretkomorskog septuma koji je izmenjen ožiljnim procesom nakon prve transseptalne procedure te je neophodna upotreba igala sa veoma ostrim vrhom (ugao zakošenosti vrha ≤ 30 stepeni).

partija 6 (dugački uvodnici sa bidirekcionom asimetričnom defleksijom vrha). ovi uvodnici neophodni su za ablaciju kompleksnih artimijskih supstrata kod bolesnika sa atrijalnom fibrilacijom i komorskim aritmijama. Asimetričnom bidirekcionom defleksijom vrha uvodnika omogućena je bolja manipulacija i doseganje svih anatomskih regija srčanih šupljina kod skoro svih bolesnika, jer je na licu mesta moguće modifikovati krivinu uvodnika prema individualnoj anatomiji, najčešće izmenjenoj osnovnim patoloskim procesom. Asimetričnost krivina kod bidirekcionе defleksije označava da je krivina defleksije uvodnika na jednu stranu veća od krivine defleksije uvodnika na drugu stranu. Kod bolesnika visine preko 185-190 cm (pristup preko preponske vene) i kod bolesnika sa tortuoznim krvnim sudovima (pristup preko preponske arterije) neophodna je odgovarajuća dužina uvodnika (uvodnik ne sme biti kratak) te dužina uvodnika preko 80 cm zadovoljava ove potrebe.

Комисија за јавну набавку