



**КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР
СРБИЈЕ**

11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ДАТУМ: 08.06.2017.

СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

**Услуге одржавања - пулсни оксиметри, БИС монитори и монитори за
ЦСО, произвођача Covidien**

Број јавне набавке 62Т/2017

По позиву за подношење понуда објављеном на порталу Управе за јавне набавке и на сајту Клиничког центра Србије

У складу са чланом 63. став 3. ЗЈН наручилац Клинички центар Србије, овим путем даје одговор на Захтев за додатно појашњење у вези са припремањем понуде:

Питање:

1. Наведеном набавком је предвиђено да потенцијални понуђачи доставе доказ о поседовању референтне листе у вредности од 450.000,00 динара. По нашим сазнањима ниједан сервис на просторима Републике Србије не може доставити референтну листу да је у предходне три године имао промет на одржавању уређаја пулсни оксиметри, БИС монитори и монитори за ЦСО, произвођача Covidien у овом износу.

Да ли је могуће да се вредност референтне листе смањи са 450.000,00 динара, на 300.000,00 динара?

2. Такође напомињемо, да би с обзиром да се ради о медицинским уређајима који су у директном контакту са пацијентима, сматрамо да би захтев наручиоца требао да буде да потенцијални понуђачи доставе изјаву произвођача уређаја да ће за све време трајања уговора пружати техничку подршку и испоруку оригиналних резервних делова потенцијалном понуђачу. Наведеним се обезбеђује да уређај ради у складу са произвођачким упутством, односно да ради безбедно по пацијенте и саме оператере.

Молимо Вас да у критеријуме испуњавања услова јавне набавке уврстите и изјаву произвођача уређаја да ће, за све време трајања уговора, пружати техничку подршку и испоруку оригиналних резервних делова?

Одговор:

1. Наручилац ће извршити измену конкурсне документације у складу са захтевом потенцијалног понуђача.
2. Наручилац остаје при својим захевима, јер је тај захтев обезбеђен кроз друге услове из Прилога 3, 4 и 6.

**Клинички центар Србије
КОМИСИЈА**