



КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ДАТУМ: 07.03.2016.

БРОЈ: 287

**СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
ДОБРА – УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ЛЕЧЕЊЕ ЕКСТРЕМНО ГОЈАЗНИХ**

**Број јавне набавке 88А/2016, по обавештењу о покретању преговарачког поступка без
објављивања позива за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и на
интернет страници Клиничког центра Србије**

У складу са чланом 63. став 3. ЗЈН наручилац Клинички центар Србије, овим путем даје одговор на додатно појашњење у вези са припремањем понуде:

ПИТАЊЕ:

1. Партија број 1, ставке 1 и 2 - Да ли је прихватљива дужина троакара од 11 cm? Такође молим објашњење појма „multifunkcionalnog ventila”.
2. Партија број 2, ставка 2 - Да ли је задовољавајуће понудити „grasper hvataljku” са обостраним отварањем чељусти?

ОДГОВОР:

1. С обзиром да су предмет набавке добра која се користе у баријатријској хирургији (за хируршко лечење гојазности), наручилац је дефинисао техничке карактеристике добара у партији бр. 1 на начин описан у конкурсној документацији. Мултифункционални вентил омогућава да се код увођења и извлачења игле и конца исти не закаче и остану у трокару, а код оптике да се при увођењу не упрља врх.
2. За партију бр. 2, ставка 2, задовољавајуће је понудити граспер хватаљку са обостраним отварањем чељусти, али је неопходно да иста буде намењена за баријатријску хирургију.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ