



КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ДАТУМ: 27.03.2015.

СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

**Набавка добара - технички потрошни материјал за дијатермије
различитих произвођача**

Број јавне набавке 91Т/2015

По позиву за подношење понуда објављеном на порталу Управе за јавне набавке и
на сајту Клиничког центра Србије

**У складу са чланом 63. став 3. ЗЈН наручилац Клинички центар Србије, овим
путем даје одговор на Захтев за додатно појашњење у вези са припремањем
понуде:**

Питање:

1. Колика су дозвољена одступања за дужине захтеваних екстензија за монополарне држаче?
2. Коју димензију представља захтевана дужина, односно, да ли је у питању радна дужина, укупна дужина или дужина средишњег дела екстензије?
3. За ставку 8, да ли су одступања од +/- 0,5m дужине кабла прихватљива?

Одговор:

1. Дозвољено одступање је +/- 10% од наведене дужине.
2. Тражена димензија је димензија техничког потрошног материјала са слике у прилогу број 7. предметне конкурсне документације.
3. Прихватљива су.

**Клинички центар Србије
КОМИСИЈА**