



КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ДАТУМ: 11.08.2014.

БРОЈ: 1000

СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Медицинска опрема за клинику за инфективне и тропске болести

Број јавне набавке 277K/2014

По позиву за подношење понуда објављеном на порталу Управе за јавне набавке и на сајту Клиничког центра Србије

У складу са чланом 63. став 3. ЗЈН наручилац Клинички центар Србије, овим путем даје додатно појашњење у вези са припремањем понуде:

ПИТАЊА :

1. Партија бр. 1 – Екг апарат
Да ли можете прецизирати коју опцију штампања апарат мора да има , 3 или 6 или 12 канала, или све три поменуте?
2. Партија бр. 2 – Респиратор
Да ли ћете прихватити уређај који има могућност вентилације одраслих, деце, и неонаталних пацијената и који поред тражених модова неинвазивне вентилације поседује и следеће вентилационе модове као : SIMV, VCV, PSV, CPAP, MMV, PRVC i „APRV“ односно еквивалент мод вентилације „BIPAP“ ?

ОДГОВОР :

1. Апарат мора да исписује свих 12 канала у три линије преко ЕКГ интегрисаног штампача.
2. Наручилац остаје при минималним траженим карактеристикама, при том напомиње да мод „APRV“ није еквивалентан моду вентилације „BIPAP“.

С' поштовањем,

ПРЕДСЕДНИК
КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
доц. др Бранко Милошевић