



КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ДАТУМ: 04.12.2014.

БРОЈ: 1626

СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ НАПРЕДНИ СИСТЕМ ЗА ВИЗУАЛИЗАЦИЈУ СТ СНИМАКА

Број јавне набавке 426K/2014

По позиву за подношење понуда објављеном на порталу Управе за јавне набавке и на интернет страници
Клиничког центра Србије

**У складу са чланом 63. став 3. ЗЈН наручилац Клинички центар Србије, овим путем даје
додатно појашњење у вези са припремањем понуде:**

ПИТАЊА :

- Страна 28 од 40. Ставка 1.3. *Обрада снимака и смештај снимака су на одвојеним серверима.*
Питање 1: Да ли је за Наручиоца прихватљиво понудити једну базу података и један сервер за обраду и смештај снимака?
- Страна 28 од 40. Ставка 1.7. *Креирање слика, „batch“-ова*
Питање 2: Како наше решење има различите могућности, да бисмо прилагодили наше решење Вашем захтеву, молимо да појасните шта подразумевате под „batch“-ом?
- Страна 29 од 40. Ставка 1.7. *Могућност нарезивања студија, слика и batch-ова са интегрисаним View-ером на DVD/RW уређају*
Питање 3: Како наше решење има различите могућности, да бисмо прилагодили наше решење Вашем захтеву, молимо да појасните шта подразумевате под „batch“-ом?
- Страна 29 од 40. Ставка 1.7. *Могућност израде, слања, штампања и обраде извештаја са уносом креираних слика и „batch“-ова и са могућношћу додавања стрелица, анотација и коментара*
Питање 4: Како наше решење има различите могућности, да бисмо прилагодили наше решење Вашем захтеву, молимо да појасните шта подразумевате под „batch“-ом?
- Страна 29 од 40. Ставка 1.8. *ЦТ анализа коронарних плакова, са аутоматским мерењем и приказом површине и дијаметра лумена, запремине плака и индекса плака*
Питање 5: Да ли је за Наручиоца прихватљива анализа кроз кодирање бојом, ручним мерењем површине и лумена?
- Страна 29 од 40. Ставка 1.9. *За сваку напредну лиценцу постоји посебан сервер, како би корисници били независни од остатака система.*
Питање 6: Да ли је за Наручиоца прихватљиво да се понуди један сервер за све напредне апликације, што је практично предност, као је објашњење у питању 1?

ОДГОВОРИ :

1. Наведени захтев за Наручиоца није прихватљив. Систем је намењен условима рада у Ургентном центру са студијама које стално пристижу и напредном дијагностиком коју је потребно извршити што пре. Захтевани начин складиштења и обраде то сигурно и обезбеђује, за разлику од решења са једним сервером који све обавља у истом тренутку.

Одговори на питања 2,3 и 4 :

“Batch” је колоквијални назив за најједноставније речено израду сажетка једне СТ серије. Наиме СТ серије могу имати и пар стотина слајсова које је тешко брзо приказати или послати на штампу.

Зато корисник одређује почетни и крајњи слајс у једној СТ серији и задаје број слика које ће садржати „batch“ (сажетак). Систем на основу тога креира практично нову серију која садржи задати број слика које су на истој удаљености. Ову серију је лако одмах послати на филмовање или приказати некоме. Ово је функција коју садрже и једноставни системи па верујемо да је садржи и Ваше решење.

5. Предмет набавке је „Напредни систем за визуелизацију СТ снимака“. Ручно мерење, не доноси никакво убрзање рада нити је напредно. Не прихвата се захтев Наручиоца.
6. Наручилац је техничком спецификацијом дефинисао бескомпромисно решење, које је намењено раду у Ургентном центру 24 сата 365 дана у години. Напредни корисници морају имати ресурсе који су им доступни у сваком тренутку без утицаја осталих корисника система. Обзиром да код решења са једним сервером, сви корисници користе ресурсе тог једног сервера, јасно је да број корисника има утицај на перформансе. Наручилац остаје при свом захтеву без измене.

С поштовањем,

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ