



КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ДАТУМ: 06.03.2014.

БРОЈ:

**СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
ХЕМОСТАТСКИ МАТЕРИЈАЛ**

Број јавне набавке 69А/2014

По јавном позиву објављеном на порталу Управе за јавне набавке и на сајту Клиничког центра Србије

У складу са чланом 63. став 3. ЗЈН наручилац Клинички центар Србије, овим путем даје одговор на додатно појашњење у вези са припремањем понуде:

У складу са чланом 63. ЗЈН, наручилац у поступку јавне набавке хемостатског материјала, Клиничког центра Србије, поступајући по Вашем захтеву за додатно појашњење Вам даје следеће објашњење:

-Оксидисана регенерисана целулоза у односу на оксидисану ресорптивну целулозу има мање промена у стабилности и ресорпцији материјала, а оксидација је боље контролисана.

- Поред тога, у Клиници за неурохирургију од 2009. године, од када се користи оксидисана ресорптивна целулоза, примећен је пораст броја псеудоцистичких колекција можденске течности у шупљини, која настаје након вађења тумора мозга које захтевају због тежине стања пацијената поновну операцију. Из наведеног разлога се у партији бр 3 и 4 инсистира на регенерисаној целулози.

-Наручилац у предметном поступку јавне набавке, одређује природу добара на основу својих реалних потреба и индикација за лечење, па из свих наведених разлога у целини остаје при спецификацији захтеваних добара на начин који је приказ у конкурсној документацији.

-Клиника за неурохирургију је консултовала Неурохируршке центре у Напуљу, Риму, Лондону, Бону и Берлину- сви користе оксидисану-регенерисану целулозу, па нема разлога да ми користимо ресорптивну.

С поштовањем,

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
Др Предраг Савић
