



КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ДАТУМ: 08.06.2015.

БРОЈ: 941

**СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
СО2 АБСОРБЕР**

Број јавне набавке 86АМ/2015

По позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и на интернет страници
Клиничког центра Србије

**У складу са чланом 63. став 3. ЗЈН наручилац Клинички центар Србије, овим путем даје
додатно појашњење у вези са припремањем понуде:**

ПИТАЊА :

- 1 Да ли ћете прихватити понуду за СО2 апсорбер који не садржи NaOH?
- 2 Да ли ћете прихватити СО2 апсорбер који садржи калцијум хидроксид у опсегу од 77-88 % ?

ОДГОВОР :

1. Наручилац остаје при техничким карактеристикама захтеваним у прилогу бр. 7 конкурсне документације и при наведеној концентрацији натријум-хидроксида, те у том смислу не може прихватити понуду која не садржи натријум хидроксид.
2. Наручилац ће изменити конкурсну документацију.

С поштовањем,

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ