



КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ДАТУМ: 05.09.2013.

БРОЈ: 614

СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МИКРОСКОПА

Број јавне набавке 103K/2013

По позиву за подношење понуда објављеном на порталу Управе за јавне набавке и на сајту Клиничког центра Србије

У складу са чланом 63. став 3. ЗЈН наручилац Клинички центар Србије, овим путем дајем одговор на додатно појашњење у вези са припремањем понуде:

ПИТАЊА :

1. Колики је "не изразито мањи радни век" LED светла ?
2. Фото тубус – карактеристика само 1 произвођача – да ли је могуће понудити еквивалент, молимо наведите да ли је бинокуларни или тринокуларни тубус.
3. Да ли је могуће понудити објективе увећања 2x и 4x уместо 2.5 и 5x ?
4. Микроскопска камера и софтвер – карактеристике само 1 произвођача, молимо да дефинишете минималне техничке карактеристике камере и софтвера, почевши од типа сензора камере, па до објашњења шта је интерактивно мерење и да ли остаје услов за креирање извештаја на српском језику?
5. Кондензор са наведеним карактеристикама не одговара траженим објективима.
6. Да ли је могуће уместо објектива 1.25x и 5x понудити објективе увећања 1x и 4x?
7. Молим вас да ми одговорите по ком Пропису/Закону је обавезно Решење министарства здравља с обзиром да микроскопи нису медицинско средство (уколико их произвођач сам не декларише за IVD - што не обавезује остале произвођаче)?

ОДГОВОРИ :

1. Радни век LED осветљења не би требало да је мањи од 50.000 радних сати.
2. Карактеристике фото тубуса нису одлике само једног произвођача. Потребно је понудити одговарајући фото тубус. Треба да буде тринокуларни. Значајно је да патолог има симултану позицију светла на окуларима и фото-тубусу.
3. Да, могуће је понудити објективе 2x и 4x, али се захтева поштовање вредности нумеричке апаратуре због очувања квалитета објектива.
4. Карактеристике камере и софтвера нису одлика само једног произвођача. Минималне техничке карактеристике камере су описане у тендерској документацији. Интерактивно мерење је мерење по живој слици. Потребно је да наши извештаји буду на српском језику.
5. Потребно је понудити одговарајући кондензор.
6. Да, могуће је понудити објективе 1x и 4x с тим да се испоштује нумеричка апертура како би се очувао квалитет слике.
7. Правни основ на који наручилац базира свој захтев да понуђач у оквиру своје понуде мора да достави Решење да је медицинско средство регистровано као такво јесте Закон о лековима и медицинским средствима („Сл. гласник РС“ број 30/2010 и 107/2012 тачније Члан 173. став 6 наведеног закона).

С' поштовањем,

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ

Проф. др Марјан Мицев