



КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ДАТУМ: 29.08.2013.

БРОЈ: 592

СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МИКРОСКОПА

Број јавне набавке 103K/2013

По јавном позиву објављеном на порталу Управе за јавне набавке и на сајту Клиничког центра Србије
У складу са чланом 63. став 3. ЗЈН наручилац Клинички центар Србије, овим путем дајем
одговор на додатно појашњење у вези са припремањем понуде:

ПИТАЊЕ:

1. Партија 1.1. Светлосни микроскоп:
 - Ставка бр. 1 - Да ли је дозвољено нудити ЛЕД светло високог квалитета ЦРИ>96, који има краћи радни век од захтеваног?
 - Бр.4- „Прецизни механизам фокусирања подесив по висини или еквивалент“.
 - Ово је карактеристика само једног произвођача микроскопа, да ли је дозвољено понудити прецизни механизам за фокусирање?
 - Бр. 8 - Управљање левом или десном руком, измењиво од стране корисника је карактеристика истог произвођача микроскопа, да ли је дозвољено понудити керамички сточић са ручицом за управљање?
2. Партија 1.2 Фото микроскоп:
 - Бр.2 - Молимо да дозволите да се понуди тубус који има три позиције дељења светла Окулари /камера и на тај начин доведете понуђаче у равноправан положај.
 - Бр. 3 – „Тростепени механизам за фокусирање подесив по висини или еквивалент“. Ово је карактеристика једног произвођача микроскопа, молимо да дозволите да се понуди прецизни механизам за фокусирање са грубим и финим фокусом.
 - Бр. 5 - Управљање левом или десном руком, измењиво од стране корисника је карактеристика истог произвођача микроскопа, да ли је дозвољено понудити керамички сточић са ручицом за управљање?
 - Бр. 8 - Да ли је дозвољено понудити камеру резолуције 3Мпихел којој се на рачунару софтверским путем (упсцалинг) подиже резолуција на 7Мпих?

ОДГОВОР:

Микроскопи морају бити „ **brand type** „ **производи са професионалним типом оптике**, јер се ради о високо професионалној хистопатолошкој и цитолошкој дијагностици.

1. У вези партије 1.1Светлосни микроскоп у ставци:
 - Ставка бр. 1 може се нудити ЛЕД светло високог квалитета који има краћи радни век од захтеваног, али не изразито мањи радни век;
 - Ставка бр. 4 понудити прецизни механизам за фокусирање;
 - Ставка бр. 8 керамички сточић са ручицом за управљање.
2. У вези партије 1.2 и партије 2.1 Фотомикроскоп у ставци :
 - Ставка бр. 2 може се понудити тубус који има три позиције дељења светла, али је нама значајно да патолог има симултану позицију светла на окуларима и фото-тубусу;
 - Ставка бр. 3 може се дозволити понуда прецизног механизма за фокусирање са грубим и финим фокусом;
 - Ставка бр. 5 може се понудити керамички сточић са ручицом за управљање;
 - Ставка бр. 8 може се понудити камера резолуције 3 Мрпх којој се на рачунару софтверским путем подиже резолуција на 7 Мрпх.

С' поштовањем,

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ

Проф. др Марјан Мицев