



КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ДАТУМ: 30.08.2013.

БРОЈ: 599

**СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
ЕЛЕКТРОХИРУРШКЕ ЈЕДИНИЦЕ**

Број јавне набавке 127K/2013

По јавном позиву објављеном на порталу Управе за јавне набавке и на сајту Клиничког центра Србије

У складу са чланом 63. став 3. ЗЈН наручилац Клинички центар Србије, овим путем дајем одговор на додатно појашњење у вези са припремањем понуде:

ПИТАЊА:

1. Молимо Вас да нам одговорите колика је захтевана снага за монополарни и биполарни излаз ?
2. Такође, у делу Минималне техничке карактеристике , ставка 6.) Fast Spark Monitor (FSM) и ставка 7.) Contact Quality Monitor (CQM), Молимо Вас да нам појасните на шта се односе наведени модови.

ОДГОВОРИ :

1. Захтевана снага за сечење 200 W за 500 Ома, Maximum Coag output до 120 W.
2. Ставка 6: Fast Spark Monitor, подразумева технологију оптимизације струје за сечење различитих врста ткива;
Ставка7: Contact Quality Monitor, подразумева систем заштите пацијената од опекотина узрокованим неадекватно постављеним електродама.

С' поштовањем,

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА КОМИСИЈЕ

Др Милош Поповић