



КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ДАТУМ: 30.08.2013.

БРОЈ:

СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЕЛЕКТРОХИРУРШКЕ ЈЕДИНИЦЕ

Број јавне набавке 127K/2013

По јавном позиву објављеном на порталу Управе за јавне набавке и на сајту Клиничког центра Србије

У складу са чланом 63. став 3. ЗЈН наручилац Клинички центар Србије, овим путем дајем одговор на додатно појашњење у вези са припремањем понуде:

ПИТАЊА:

1. Ставка 1-14 : Подразумеване минималне техничке карактеристике.
Питање : Да ли подразумеване минималне техничке карактеристике морају бити аутентичне по траженој спецификацији тј. по траженим називима – именима, или је могуће понудити еквивалент – другог произвођача?
2. Ставка 2: Монополарни : 5 модова сечења (Cut 1/2/3), PureCut slow/fast)
Питање: Да ли је могуће понудити апарат који има 3 мода од којих су 2 мода сечења специјални модови за полипектомије и папилотомије ?
3. Ставке 3: 3 коагулациона мода (ForceCoag 1/2 , SoftCoag)
Питање : Да ли је могуће понудити апарат који има 2 коагулациона мода која су сасвим довољна за све ендоскопске процедуре у гастроентерологији?
4. Ставка 4: Биполарни излаз : 3 мода сечења (Cut 1/2/3)
Питање : Да ли је могуће понудити апарат који нема биполарно сечење јер је монополарно сечење за све ендоскопске процедуре у гастроентерологији?
5. Ставка 6: Fast Spark Monitor (FMS)
Питање : Да ли је могуће понудити еквивалент за тражену карактеристику?
6. Ставка 7: Contact Quality Monitor (CQM)
Да ли је могуће понудити еквивалент за тражену карактеристику?
7. Ставка 12: Једнократне неутралне електроде (1/10) 5 паковања
Питање : Да ли је могуће понудити једнократне електроде различите врсте паковања а исте укупне тражене количине?

ОДГОВОРИ :

1. Ставке 1-14: Минималне техничке карактеристике могуће је понудити и од еквивалентног другог произвођача;
2. Ставка 2: Прихватљиви су и 3 врсте („ мода“) монополарног сечења уколико су намењена ендоскопском сечењу („endo cut“);
3. Ставке 3 : Довољна су два коагулациона модалитета;
4. Ставка 4 : Пожељан је биполарни мод коагулације;
5. Ставка 6: Прихватљива је еквивалентна понуда за FSM;
6. Ставка 7: Прихватљива је еквивалентна замена за Contact Quality Monitor (COM);
7. Ставка 12: Прихватљива је испорука једнократни неутрал електрода у различитом паковању исте укупно тражене количине.

С' поштовањем,

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА КОМИСИЈЕ

Др Милош Поповић