



КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ДАТУМ: 16.06.2014.

БРОЈ:

СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

ОЛОВНЕ ЗАВЕСИЦЕ

Број јавне набавке 198K/2014

По позиву за подношење понуда објављеном на порталу Управе за јавне набавке и на сајту Клиничког центра Србије

У складу са чланом 63. став 3. ЗЈН наручилац Клинички центар Србије, овим путем даје додатно појашњење у вези са припремањем понуде:

ПИТАЊЕ :

- Обзиром да смо ми произвођач оловних завесица за различите апликације, конкретно за предметни носач цеви рендген апарата произвођача " Shimadzu" модел Sonial Versa, партија два, комада један.
 - у тендерској документацији, сматрамо да није оправдано да се као општи услов за ставку 2 достави доказ 9, **уговор са произвођачем (ренгена)** јер оловне завесице као такве нису предвиђене за овај модел ренгена од стране самог произвођача него се праве по захтеву према носачу главе. Овакве апликације и за Немачке кориснике раде специјализоване фирме, јер сам произвођач нема ту опцију, па је производња – по захтеву – појединачна и своди се на занатске услуге.
- Такође потребно нам је конкретно појашњење, захтева да је потребно да имамо два овалштена сервисера производјаца, односно, да ли се у овом случају ми сматрамо произвођачем, што можемо испунити или се очекује да имамо два овлаштена сервисера Shimadzu -а што је ван наших могућности. Односно питамо конкретно да ли је услови два сервисера Shimadzu? јер тада немамо услова за учешће.

ОДГОВОР :

- Наручилац ће извршити измену конкурсне документације у складу са ЗЈН.

С поштовањем,

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ