



КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ДАТУМ: 20.06.2014.

БРОЈ: 784

СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

ДИГИТАЛИЗОВАНИ СВЕТЛОСНИ МИКРОСКОП

Број јавне набавке 205K/2014

По позиву за подношење понуда објављеном на порталу Управе за јавне набавке и на сајту Клиничког центра Србије

У складу са чланом 63. став 3. ЗЈН наручилац Клинички центар Србије, овим путем даје додатно појашњење у вези са припремањем понуде:

ПИТАЊЕ :

У захтеваним техничким карактеристикама под ставком 14. тражи се софтвер који између осталог треба да има базу података и могућности писања извештаја.

Молимо Вас да одговорите да ли је уместо тога довољно понудити софтвер који задовољава све остале захтеване карактеристике (контролу камере, корекцију сенки на живој слици и на фотографији, аквизицију слика и видео записа, панорамско сликање, сликање у продуженом фокусу, основна мерења, сликање вишеканалне флуоресценције) и има могућност чувања фотографија и видео записа у фолдере које изабере сам корисник. Да ли је опција за писање извештаја довољно понудити MS Office (Word, Excel...) пакет?

ОДГОВОР :

1. Сам софтвер не мора да омогућава директно генерисање комплетних извештаја у виду базе података, јер нам то начелно и није потребно, због тога што је софтвер предвиђен за аквизицију и манипулацију сликама које као такве улазе у документацију која се чува на рачунару, па је битно је да се могу генерисати специфични фолдери за експорт слика, да се подаци мерења могу такође експортирати у програме типа Excel. Извоз у стандардни Office је уреду. Ако софтвер омоућава "caption" за слике односно додавање фајлова за напомене или неке додатне одреднице уз слике, то је пожељна карактеристика, али не и неопходна.

С' поштовањем,

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

Председник комисије
Проф.др Андрија Богрдановић