



КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ДАТУМ: 23.07.2014.

БРОЈ: 914

СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

УЛТРАЗВУЧНИ АПАРАТ

Број јавне набавке 275K/2014

По позиву за подношење понуда објављеном на порталу Управе за јавне набавке и на сајту Клиничког центра Србије

У складу са чланом 63. став 3. ЗЈН наручилац Клинички центар Србије, овим путем даје додатно појашњење у вези са припремањем понуде:

ПИТАЊА :

1. Да ли је за наручиоца прихватљиво да у Техничке карактеристике по захтеву наручиоца упише да је потребно понудити стационаран апарат?
2. Да ли је за наручиоца прихватљиво да у Техничке карактеристике упише да је потребно понудити апарат чији је максимални динамички опсег минимум 200 dB?
3. Да ли је за наручиоца прихватљиво да у Техничке карактеристике упише да је потребно понудити апарат чији је максимална продорност минимум 300 мм?
4. Да ли је за наручиоца прихватљиво да у Техничке карактеристике упише да је минимална величина LCD монитора 19 инча?
5. Да ли је за наручиоца прихватљиво да у Техничке карактеристике упише да је минимална величина диска 500 GB?
6. Да ли је за наручиоца прихватљиво да у Техничке карактеристике упише да апарата треба да поседује контролни панел са тастатуром и променом висине ради лакшег прилагођавања оператеру?
7. Да ли је за наручиоца прихватљиво да у Техничке карактеристике упише да апарата треба да поседује минимум 30.000 дигиталних канала?

ОДГОВОР :

1. У складу са Законом о јавним набавкама наручилац ће извршити измену конкурсне документације.

С' поштовањем,

ПРЕДСЕДНИК

КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

Проф. др Бранко Брмболић