



КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ДАТУМ: 05.08.2013.

БРОЈ: 513

**СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
ЕКГ АПАРАТА**

Број јавне набавке 44К/2013

По јавном позиву објављеном на порталу Управе за јавне набавке и на сајту Клиничког центра Србије

У складу са чланом 63. став 3. ЗЈН наручилац Клинички центар Србије, овим путем даје одговор на додатно појашњење у вези са припремањем понуде:

ПИТАЊА:

1. „У случају да као финансијску гаранцију за озбиљност понуде доставимо меницу. да ли је потребно доставити меницу за сваку партију одвојено или ако понуђач доставља понуде за све 3 партије може доставити једну меницу на укупан износ?“
2. „Да ли за партију број 2 прихватате шестоканални ЕКГ који на дисплеју приказује 6 кривих?“

ОДГОВОРИ:

1. Довољно је доставити једну меницу са пратећим меничним овлашћењем на износ од 10% вредности понуде без урачунатог ПДВ-а.
2. Наручилац остаје при свом захтеву да за партију 2, ЕКГ апарат – шестоканални, да мониторинг и приказ на дисплеју буде свих 12 (дванаест) кривих ЕКГ-а.

С' поштовањем,

ЧЛАН КОМИСИЈЕ

Зоран Секулић