



КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ДАТУМ:

БРОЈ:

**СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ПАТОХИСТОЛОГИЈУ**

Број јавне набавке 74К/2013

По јавном позиву објављеном на порталу Управе за јавне набавке и на сајту Клиничког центра Србије

У складу са чланом 63. став 3. ЗЈН наручилац Клинички центар Србије, овим путем даје одговор на додатно појашњење у вези са припремањем понуде:

ПИТАЊА:

1. „Да ли је прихватљиво да се понуди **Ксилол**, произвођача Зорка са измењеном спецификацијом (параметрима) која гласи:

- а) параметар **Садржај** се односи на смешу 3 изометра+етил бензен што је у складу са спецификацијом светски реномираних произвођача и вредност је повећана на минимум 98,0%;
- б) параметар **Густина** – интервал је у опсегу 0,860-0,865 г/цм³;
- в) параметар вода – вредност је максимум 0,03%;
- г) параметар **Толуол** је променуо име у **Толуен** и промењена вредност је максимум 1%;
- д) параметар **Неиспарљиве материје** променуо је име у **Остатак после упаравања** и промењена вредност је максимум 0,002%“

ОДГОВОРИ:

1. Прихватљиво је под а), б), в) и д), јер се наведене вредности параметара налазе у опсегу тражених техничких карактеристика ксилола. Неприхватљиво је под г), јер је тражена вредност толуена максимално 0,1%.

С' поштовањем,

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ

Проф. др Марјан Мицев