



КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ДАТУМ: 02.09.2013.

БРОЈ:

СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МИКРОСКОПА

Број јавне набавке 103К/2013

По јавном позиву објављеном на порталу Управе за јавне набавке и на сајту Клиничког центра Србије
**У складу са чланом 63. став 3. ЗЈН наручилац Клинички центар Србије, овим путем дајем
одговор на додатно појашњење у вези са припремањем понуде:**

ПИТАЊА:

1. "8. Дигитална камера резолуције 7 Мpixel"

Да ли је прихватљиво ако се понуди дигитална камера резолуције 5 Мpixel ?

2. "10 Колор филтер RGB"

Да ли се под овим подразумева "white balancing" filter ?

3. "13 Аутоматска калибрација система за мерење"

Да ли је прихватљиво ако се понуди систем у коме се калибрација ради само приликом инсталације ?

ОДГОВОРИ:

1. У вези првог питања "8. Дигитална камера резолуције 7 Мpixel" може се понудити камера резолуције 5 Мpixel са одговарајућим адаптером.
2. У вези другог питања "10 Колор филтер RGB" подразумева се „white balancing RGB filter“
3. У вези трећег питања "13 Аутоматска калибрација система за мерење" може се понудити систем у којем се калибрација ради само приликом инсталације

С' поштовањем,

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ

Проф. др Марјан Мицев